

Kiegészítő tájékoztatás 2
2017/S 182-372009

Ajánlatkérő neve: Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet
Eljárás tárgya: Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet részére orvosi eszközök beszerzése.
Eljárás típusa: Nyílt közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám: EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”

Ajánlatkérő a fenti tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a felhívás 2017. szeptember 22-én 2017/S 182-372009 szám alatt jelent meg.

Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő által feltett kérdések vonatkozásában.
Ajánlatkérő által megadott válaszokat dőlt, félkövér betűtípussal tüntetjük fel.

1. Kérdés: Hivatkozva tárgyban szereplő eljárás 3. részajánlati körében szereplő eszközökkel kapcsolatban a következő kérdést szeretnénk feltenni:

Lencsetervező elektromos készülék

Kiírt paraméter:

“Haigis formula, Barrett formula, tórikus lencse kalkulálására alkalmas formula”

Kérdés:

A Haigis Suite formula magában foglalja a Haigis alapformulát, a Haigis-L formulát a myopiás, hyperopiás és lézeres szemműtéten (LASIK, PRK, LASEK) átesett betegek korrekt kalkulációját, és a Haigis-T formulát a tórikus műlencsék kalkulációját. Funkcióját tekintve a Barrett formulával egyenértékű lencsetervezésre alkalmas.

Kérdés:

Elfogadható-e egyenértékű Haigis suite formula megajánlása a Barrett formula helyett?

Válasz: Igen Ajánlatkérő elfogadja egyenértékűnek.

2. Kérdés: Tárgyi eljárással kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az alábbi, teljes körű ajánlattételt befolyásoló kérdés kérnénk tisztázni:

A csontsűrűségmérő tekintetében a verseny szélesítésére tekintettel elfogadja-e olyan termék megajánlását t. Ajánlatkérő amelynek

- a felvételezhető területe 200*65 cm?

- a terhelhetősége 150 kg.

Ezek a paraméterek minimálisan térnek el az elvárttól és nem eredményeznek a vizsgálat/kezelés során eredményromlást!

Válasz: A felvételezhető területe tekintetében 200*65 cm, tekintettel arra, hogy a jelzett paraméterek megfelelnek a specifikációban megadott feltételeknek(min. 195*65cm). A terhelhetőség esetében Ajánlatkérő a min. 200 kg terhelhetőséget várja el.

Hatvan, 2017. október 25.



Bátyi László
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő képviselőként